

基準器検査成績書

第 号

騒音基準器

種 類 基準静電型マイクロホン

器物番号

(1) 音圧感度の周波数特性

(音圧感度レベルは 1 V/Pa を 0 dB とする。)

測定周波数 (Hz)	音圧感度レベル (dB)

(2) 測定条件 温度 °C、相対湿度 %、気圧 kPa、バイアス電圧 V

(3) 有効期間

年 月 日から 年 月 日まで

(4) その他

年 月 日

国立研究開発法人産業技術総合研究所

印

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。